

2011年9月28日

## 化学分析用セメント標準試料 211R の 証明書の更新のお知らせとお詫び

2005年より販売いたしております「化学分析用セメント標準試料 211R」ですが、協会内の調査におきまして、強熱減量が1.86%から1.97%に変化していることがわかりました。そのため、値付けを実施した2004年11月付けの証明書を無効とし、2011年9月版に更新致しましたので、お知らせ致します。新しい証明書は、当協会ホームページの「セメント標準試料」のページにあります、化学分析用-Lot No.211Rの証明書のボタンからダウンロードできます。

ご購入者の皆様、ご利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

なお、具体的な試料の取り扱い手順は更新された証明書をご覧ください。また、注意点と今後のサポートに関しましては下記をご覧ください。

- ・更新された証明書(2011年9月版)は「2011年8月以前に購入した試料」にも適用されます。ただし、強熱減量に関しては未開封の試料(ここで言う未開封とは、個々のガラスびんで、一度も封を開けないもの)のみを対象とします。
- ・万が一、2011年9月以降にご購入された未開封の試料の強熱減量が $1.97 \pm 0.06\%$ を超えた場合は、以下の問合せ先にご連絡ください。データを確認後、試料の交換等の対応をさせていただきます。

以上

[問合せ先]

社団法人セメント協会 研究所 セメント基礎・環境グループ

TEL : 03-3914-2694 FAX : 03-3914-2690

メールでのお問合せの場合は、セメント協会のホームページ : <http://www.jcassoc.or.jp> から、メニューの「お問合せ」をクリックし、「お問合せフォーム」をご利用下さい。